

訂正公告

令和6年4月1日付け公告した下記の一般競争入札について、次のとおり訂正したので公告する。

衛生環境研究所長
(公 印 省 略)

記

1 件名

衛生環境研究所実験空調設備保守点検業務委託

2 訂正した内容

0 入札公告

項目	訂正前	訂正後
2. 入札参加資格	(9) <u>安全キャビネット及びBSL3室に関する作業を行う者は、公益社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場設置検査技術研修を修了した者であること。または、修了者からの作業教育を受けていること（修了証の写し等証明する書類を添付すること）。</u>	(9) <u>事業者は、安全キャビネット及びBSL3室の保守点検の実績があり、かつバイオセーフティーに関する資格あるいは教育(公益社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場設置検査技術研修等)を受けた作業管理者を有すること。(共同企業体においては、共同企業体を構成する事業者のいずれかが、本事項の要件を満たすこと。)また、本事項を満たしていることを証明するために、実績がわかるもの(保守点検完了報告書等)、資格あるいは修了証等の写しを申請資料提出時に添付すること。</u>

1 入札説明書

項目	訂正前	訂正後
4. 入札参加資格	<p>(9) <u>安全キャビネット及びBSL3室に関する作業を行う者は、公益社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場設置検査技術研修を修了した者であること。または、修了者からの作業教育を受けていること(修了証の写し等証明する書類を添付すること)。</u></p>	<p>(9) <u>事業者は、安全キャビネット及びBSL3室の保守点検の実績があり、かつバイオセーフティーに関する資格あるいは教育(公益社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場設置検査技術研修等)を受けた作業管理者を有すること。(共同企業体においては、共同企業体を構成する事業者のいずれかが、本事項の要件を満たすこと。)また、本事項を満たしていることを証明するために、実績がわかるもの(保守点検完了報告書等)、資格あるいは修了証等の写しを申請資料の提出時に添付すること。</u></p>

2 仕様書

項目	訂正前	訂正後
10. 業務体制等		<p>(3) <u>乙は安全キャビネット及びBSL3室の保守点検に関して、バイオセーフティーに関する資格あるいは教育(公益社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場設置検査技術研修等)を受けた作業管理者を、作業監督者にあたらせること。</u></p> <p>(4) <u>その他、乙は甲からの要請に出来る限り対応すること。</u></p>
13. 参加資格要件	<p>(2) <u>安全キャビネット及びBSL3室に関する作業を行う者は、公益社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場設置検査技術研修を修了した者であること。または、修了者からの作業教育を受けていること(修了証の写し等証明する書類を添付すること)。</u></p>	<p>(2) <u>事業者は、安全キャビネット及びBSL3室の保守点検の実績があり、かつバイオセーフティーに関する資格あるいは教育(公益社団法人日本空気清浄協会のバイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場設置検査技術研修等)を受けた作業管理者を有すること。(共同企業体においては、共同企業体を構成する事業者のいずれかが、本事項の要件を満たすこと。)また、本事項を満たしていることを証明するために、実績がわかるもの(保守点検完了報告書等)、資格あるいは修了証等の写し</u></p>

<p>17. 保守点検 完了報告書と 交換推奨部品 一覧表につい て</p>	<p>(1) 本業務の完了後、乙は内容を取り まとめ、保守点検完了報告書として提出 すること。なお、報告書の様式につい ては事前に甲と協議すること。</p>	<p><u>を申請資料の提出時に添付すること。</u></p> <p>(1) 本業務の完了後、乙は内容を取り まとめ、保守点検完了報告書として提出す ること。<u>安全キャビネット及びBSL3室の 保守点検完了報告書については、上記10 (3)で規定した作業監督者による確認 後、作成すること。</u>なお、報告書の様式に ついては事前に甲と協議すること。</p>
--	--	--