

「リサイクル分取HPLC 一式」の物品売買契約に係る一般競争入札についての質問に対する回答

No	仕様書の項目	質 問 内 容	回答
1	1. 分取HPLC 本体 k 任意の比率で4 液以上を混合し グラジエントができること	「送液ポンプ2 台に対し、それぞれ2 液の 溶媒切り替えバルブを取り付けることで、 4 液以上から溶媒を選択してグラジエント が出来る」仕様で問題ないでしょうか	仕様書の通りで、 <u>4 液でのグラジエント</u> が出来ること が要件です
2			
3			
4			
5			