

質問回答書

一般競争入札公告件名:「多項目水質計 一式」の調達

No.	仕様書などの項目	質問内容	回答
1	仕様書 「測定項目、測定範囲及び測定精度」の (5)濁度 0～1,000 FTUの範囲を±0.5 FTU以下の精度で濁度が測定できること。または、0～1,000 NTUの範囲を±1.0 NTU以下の精度で濁度が測定できること。	仕様書記載の「0～1,000 FTUの範囲を±0.5 FTU以下の精度で濁度が測定できること。」について質問いたします。 弊社にて提案を検討しているJFEアドバンテック社製「RINKO-Profiler」は、測定範囲が0～1,000 FTU、精度が±0.3 FTUまたは±2%となっており、25 FTU以下の低濃度範囲の濁度測定においては仕様書の要件を満たしております。 一方、25 FTU以上の濁度においては、精度が±2%となるため、±0.5 FTUを超えてしまいますが、本製品を仕様適合品として取り扱って差し支えないか、ご教示いただけますようお願いいたします。	お問い合わせの質問から判断致しますと、本製品においては、25FTU以上において仕様を満たさないことから、本製品は仕様不適合品となります。