

回答書

NO	質問内容	回 答
1	<p>要求仕様6)設置、センター内の指定の場所とする。にしまして。メンテナンススペースとしまして、本体背面約500mm及び左右約500mmのスペースの確保を宜しくお願い致します。</p>	<p>試験機右側面に、搬入、メンテナンス用扉を設けておりますので、背面500mm左右500mmのスペースは確保しております。 詳細については、当センターでの図面の閲覧にてご確認下さい。</p>
2	<p>要求仕様「6)設置 設置作業 必要な工事は納入者の責任において行うこと。(基礎、電気、給排水、吸排気、燃料、等)にしまして。必要な工事としまして当該機器・純水器設置予定場所、最寄りの一時側電気、給排水の位置状態と給水圧力Mpaのご教示を宜しく申し上げます。</p>	<p>純水器設置予定場所、最寄りの一時側電気、給排水の位置については、当センターでの図面の閲覧にてご確認下さい。 また給水圧力については、現場、給排水担当者に確認したところ、0.1Mps~0.2Mpsの給水圧力は確保されているとの回答を受けております。</p>