

○低温恒温恒湿器一式に係る質問及び回答

No	質問事項	回答
1	仕様書の要求仕様 5)機能 制御について、オプションで装着するプログラム計装にて対応可能だが、付けてよいか。	オプションの装着によって仕様を満たすことが可能であれば、装置一式に要求仕様を満たすのに必要なオプション等の装着も含めてご提案ください。
2	仕様書の要求仕様 5)機能 観察窓について、強化ガラス製の内扉を備えており、低温恒温高湿機の庫内を確認可能な機種(アドバンテック東洋(株)制 THE051FA)でも提案可能か。	観察窓について、内扉でも庫内の状況を試験環境に影響を与えずに確認できるのであれば、仕様を満たすものとして提案可能です。
3		
4		
5		