

# 仕様書

物品名：自動乳鉢

機種仕様		備考
1)メーカー	指定なし	
2)型番	指定なし	
3)数量	1	
4)本体	本体寸法	250mm×400mm×850mm 以内
	重量	25kg以内(本体のみ)
	モーター	上・下部各1台 AC100V 上部45w、下部40w以上
	その他	練り顔料を取り出しやすくするため、乳鉢の取り外しが容易な機構であること
5)機能	回転数	(50/60Hz)：乳棒部/100/120rPm 以上 乳鉢部/6/7rPm 以上
	回転方法	乳鉢と乳棒の各モーターによる逆回転が可能なこと
6)付属品	付属品	メーカー標準付属品一式に加え、天然顔料を粉碎して練り顔料を製造するのに必要な付属品として、以下を追加すること。なお、標準付属の乳棒と乳鉢はメノー製であること。 ・アルミナ製の乳棒と乳鉢、シリコン製のヘラ芯を各5個 ・乳鉢を自動乳鉢本体にセットするためのアダプターを1個 ・防塵用として、本体が丸ごと収納可能なアクリルケースを1箱
7)設置	場所	おきなわ工芸の社の指定の場所とする。
	納入作業	担当者の立ち会いのもと、経路、通路の確保など必要な作業を行うこと(破損や汚れを防止する養生など)。
	設置作業	必要な工事(基礎、電気、給排水、吸排気、燃料等)は納入者の責任で行い、軽微な変更により生ずる作業にも対応すること。
	設置精度	機器の設置に定める設置精度を出すこと(水平垂直の確保、固定)。
	破損など	納入者の責により生じた破損などの責任を負うこと(場所や他の物品など)。
8)説明	試運転、操作	日時、所要時間はものづくり振興課と調整の上決定し、必要な経費は受注者が負担すること(本物品の操作、調整および保守方法などの内容)。
	取扱説明書	1部(本物品の操作、調整および保守などの内容)。
その他		備考
1)無償保証対応	1年。本体および付属品の初期不良に対応可能な機種であること。	
2)保守および修理	上記期間経過後も、本体及び付属品の保守および修理等について沖縄県内の技術者が十分に対応できる機種であること。	
3)部品供給	耐用年数(7~10年)の間、調達できる機種であること	
4)対応方法	2)~3)について、依頼から7日以内に行える機種であること	