

# 仕様書

物品名：低温恒温恒湿器

機種仕様		備考
1)メーカー	指定なし	
2)型番	指定なし	
3)数量	1	
4)本体	本体寸法	650mm×850mm×1850mm以内
	重量	160kg以内
	電源	100V (単相)
	電源容量	20A以内
	庫内容量	110L以上
5)機能	温度調節範囲	-10℃～80℃の範囲を調整可能なこと
	温度調整精度	20℃時に±0.5℃で調整可能なこと
	湿度調節範囲	25%RH～95%RHの範囲を調節可能なこと
	湿度調整精度	±3%RHで調整可能なこと
	制御	温度、湿度時間をデジタル制御可能なこと、ステップ制御が可能なこと
	観察窓	有すること
	送付ファン	有すること
6)設置	場所	おきなわ工芸の杜内の指定の場所とする。
	納入作業	担当者の立ち会いのもと、経路、通路の確保など必要な作業を行うこと。 (破損や汚れを防止する養生など)
	設置作業	必要な工事は納入者の責任で行うこと(基礎、電気、給排水、吸排気、燃料等)。 ※また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。
	設置精度	機器の設置に定める設置精度を出すこと。
	破損など	納入者の責により生じた破損などの責任を負うこと(場所や他の物品など)。
7)説明	試運転、操作	日時、所要時間はものづくり振興課と調整の上決定し、必要な経費は受注者が負担すること(本物品の操作、調整および保守方法などの内容)。
	取扱説明書	1部(本物品の操作、調整および保守などの内容)。
その他		備考
1)無償保証対応	1年。本体および付属品の初期不良に対応可能な機種であること。	
2)保守および修理	上記期間経過後も、本体及び付属品の保守および修理等について沖縄県内の技術者が十分に対応できる機種であること。	
3)部品供給	耐用年数(7～10年)の間、調達できる機種であること	
4)対応方法	2)～3)について、依頼から7日以内に行える機種であること	
5)その他		

# 仕 様 書

物品名：低温恒温恒湿器

機種仕様	備考
------	----